


**MINISTÉRIO  
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE  
Nº. DA PROPOSTA: 11413.842000/1220-01****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

<b>CNPJ</b> 11.413.842/0001-91	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	
<b>Endereço Completo</b> PARA CAMINHO DAS ARVORES	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 68.632-000	<b>UF</b> PA	<b>Município</b> ULIANOPOLIS

**TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA**

Recurso de Emenda Parlamentar  
ds\_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  
4124004 - R\$ 1.084.622,00 - PAULO BENGTSON

**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

Unidade Assistida não informada ou cadastrada.

**OBJETO DA PROPOSTA**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	<b>CNES:</b>	2317028
---------------------------	-----------------------------------	--------------	---------

**INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.**

ADSCRITO

**INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.**

DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

**INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.**

O MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA, PERTENCENTE A REGIÃO DE SAÚDE METROPOLITANA III, O QUAL TEM UMA POPULAÇÃO APROXIMADAMENTE DE 62.286 HABITANTES. SENDO PORTA ABERTA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZANDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E DE URGÊNCIA. NA CONDIÇÃO DE GESTOR LOCAL DO SUS, NO CONTEXTO DA LEI 8080/90, QUE CONSTITUI A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS/PA, ATENDER OS MUNICÍPIOS EM SUAS ESPECIFICIDADES. ATUALMENTE A UNIDADE HOSPITALAR ALÉM DE ATENDE AS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CIRÚRGICA, CLÍNICAS BÁSICA (CLÍNICA MÉDICA, PEDIÁTRICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, TRAUMATOLOGIA), TAMBÉM DISPONIBILIZA AOS USUÁRIOS DO SUS LOCAL, AMBULATÓRIO NAS ESPECIALIDADES CITAS, ALÉM DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA, SENDO PRIORIZADA A PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS DE FORMA INTEGRAL E PLENA. NO ENTANTO, O MUNICÍPIO ASSIM COMO OS DEMAIS VIVENCIA DIVERSOS PROBLEMAS DEVIDO A SITUAÇÃO PANDÊMICA DA COVID-19, O QUAL DEIXO OS SERVIÇOS DE SAÚDE BASTANTE FRAGILIZADOS. A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O PERFIL ASSISTENCIAL ADEQUADO FRENTE ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. OUTROSSIM, O HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS APRESENTA OBSOLÊNCIA EM VÁRIOS EQUIPAMENTOS, DEVIDO AO USO CONSTANTE DOS MESMOS, E ALGUNS ATÉ MESMO NÃO COMPOR O ELENCO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, TAL COMO MACA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA QUE É PRIMORDIAL PARA ACOMODAR PACIENTES EM PÓS CIRÚRGICOS QUE ASPIRAM CUIDADOS REDOBRADOS E PACIENTES QUE TEM O PERÍODO DA INTERNAÇÃO PROLONGADO DEVIDO A PATOLOGIA APRESENTADA. DESTARTE, APRESENTAMOS ALGUMAS DEMANDAS REPRIMIDAS PARA OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: NEBULIZADOR PORTÁTIL, POSSUÍMOS DOIS (02) QUE ESTÃO EM OBSOLÊNCIA, NO ENTANTO, PARA ATENDER NOSSA DEMANDA FAZ-SE NECESSÁRIO TRÊS (03). CARDIOVERSOR, EM TODO O HOSPITAL HAVIA APENAS UM (01) QUE A TEMPOS ENCONTRA-SE EM OBSOLÊNCIA, PORÉM PARA ATENDER À NECESSIDADE EXISTE SÃO NECESSÁRIOS DOIS (02). ATUALMENTE O HOSPITAL NECESSITA DE OITO (08) MONITORES MULTIPARÂMENTROS, POSSUI QUATRO (04) QUE ESTÃO EM OBSOLÊNCIA. FAZENDO-SE A REPUSIÇÃO E AQUISIÇÃO DOS ITENS EM TELA. OUTROSSIM, NÃO HAVERÁ AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, PORÉM MELHORAR A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA QUE JÁ PRESTAMOS AOS NOSSOS MUNICÍPIOS. UMAS DESSAS MELHORIAS É A AQUISIÇÃO DE CAMAS ELÉTRICAS TIPO FAWLER, EQUIPAMENTO QUE AINDA NÃO DISPOMOS, O QUE IRAR MELHORAR A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES QUE PASSAREM MAIS TEMPO INTERNADO E AQUELES QUE PRECISAM MUDAR DE DECÚBITO DE HORÁRIO. MEDIANTE AO EXPOSTO, JUSTIFICA O PLEITO DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DESTA EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR EM SAÚDE, QUE NA MAIORIA É EM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM VIRTUDE DA OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE OUTROS OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS.

**INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.**

62286

**INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.**


48000

**EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?**


EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

**INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.**


SIM




<b>EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS</b>			
<b>Ambiente: Área de indução anestésica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico	2	49.671,00	99.342,00
Característica Física	Especificação		
Parâmetros básicos tipo e tamanho do monitor PI EtCO2 agentes anestésicos índice sedação anestésica:	ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP mista ou modular de 10" a 12" com PI com EtCO2 sem agentes anest. não possui		
Especificação Técnica			
<b>Ambiente: Área de recuperação anestésica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	17.806,00	17.806,00
Característica Física	Especificação		
Parâmetros tipo e tamanho do monitor suporte para monitor:	ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP pré configurado de 10 a 12 pol com suporte		
Especificação Técnica			
<b>Ambiente: Área para dispensação ( farmácia satélite )</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	3.261,00	3.261,00
Característica Física	Especificação		
TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE OU DIMENSÕES	FECHADO AÇO ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM		
Especificação Técnica			
<b>Ambiente: Área para guarda de pertences de funcionários e alunos</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	988,00	988,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG		
Especificação Técnica			
<b>Ambiente: Área para prescrição médica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	2	370,00	740,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS	MADEIRA OU MDP OU MDF GU SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	3	2.620,00	7.860,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento;			
<b>Ambiente: Consultório indiferenciado</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	3	780,00	2.340,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO	DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	1	1.761,00	1.761,00
Característica Física	Especificação		



COMPOSIÇÃO ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO		5 ABERTURAS LED CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Foco Refletor Ambulatorial		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		2	570,00	1.140,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
ILUMINAÇÃO		LED		
HASTE		FLEXÍVEL		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Otoscópio Simples		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		1	1.263,00	1.263,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
ALIMENTAÇÃO		CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO		
ILUMINAÇÃO		FIBRA OPTICA - LED		
COMPOSIÇÃO		5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Enfermaria de criança</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Escada com 2 degraus		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		6	302,00	1.812,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Cadeira de Banho/ Higiénica		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		2	422,00	844,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE COLETOR		AÇO OU FERRO PINTADO ATÉ 100 KG SEM COLETOR		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Posto de enfermagem</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Armário		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		2	988,00	1.976,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA		AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Posto de enfermagem e serviços</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Balde a Pedal		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		5	356,00	1.780,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE		AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Geladeira/ Refrigerador		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		2	2.393,00	4.786,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE		DE 260 A 299 L		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Papagaio		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		5	169,00	845,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR		SIM		
<b>Especificação Técnica</b>				
Material de confecção em aço inoxidável. Material de confecção em aço inoxidável.				
<b>Nome do Equipamento</b>				
Cadeira		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
		10	225,00	2.250,00



<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO		AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	2	988,00	1.976,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA		AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	3	4.593,00	13.779,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
FLUXO DE ASPIRAÇÃO VÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO BATERIA SUPORTE COM RODÍZIOS MANÔMETRO		DE 20 A 30 LPM POSSUI TERMOPLÁSTICO RECARREGÁVEL BIVOLT NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG POSSUI	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora Laser (Comum)	2	2.620,00	5.240,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESPECIFICAR		NÃO	
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Comadre	5	190,00	950,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESPECIFICAR		SIM	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Comadre	5	190,00	950,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESPECIFICAR		SIM	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	1	3.215,00	3.215,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO		COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde/ Lixeira	5	80,00	400,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
CAPACIDADE MATERIAL DE CONFECÇÃO		DE 11 ATÉ 20 L AÇO OU FERRO PINTADO	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	2	4.981,00	9.962,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESPECIFICAR		NÃO	
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot			



PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Os adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	9.330,00	9.330,00

Característica Física	Especificação
AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S)	50 A 250 CHOQUES  POSSUI  1 PAR ELETRODO

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Papagaio	5	169,00	845,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	SIM

#### Especificação Técnica

Material de confecção em aço inoxidável. Material de confecção em aço inoxidável.

#### Ambiente: Quarto PPP

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Berço para Recém Nascido	1	1.171,00	1.171,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DA CUNA ESTRUTURA RODÍZIOS	ACRÍLICO AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI

#### Especificação Técnica

#### Ambiente: Sala administrativa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	2	370,00	740,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS	MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	3	985,00	2.958,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	NÃO

#### Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

#### Ambiente: Sala de aplicação de medicamentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Infantil	10	123,00	1.230,00

Característica Física	Especificação
TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA	ANALÓGICO NYLON

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Adulto	8	404,00	3.232,00


Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR TIPO	AÇO INOXIDÁVEL DUPLO

#### Especificação Técnica


Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	10	236,00	2.360,00

Característica Física	Especificação
TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA	ANALÓGICO NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO


#### Especificação Técnica



Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Infantil	10	279,00	2.790,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR TIPO	AÇO INOXIDÁVEL DUPLO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Obeso	3	131,00	393,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA	ANALÓGICO NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de apoio às cirurgias especializadas</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca de Transferência (dois carros)	1	5.135,00	5.135,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Ensino (Sala de aula e/ou Anfiteatro / auditório)</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião	2	540,00	1.080,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO	MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR REDONDA		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção	1	962,00	962,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.			
<b>Ambiente: Sala de estudo ( trabalho individual )</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projektor Multimídia (Datashow)	1	5.448,00	5.448,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento;			
<b>Ambiente: Sala de exames e admissão de parturientes</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	4	596,00	2.384,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO ASSENTO REGULAGEM DE ALTURA	AÇO INOXIDÁVEL GIRATÓRIO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica Elétrica	2	16.092,00	32.184,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ACIONAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIOS	NO MÍNIMO SURIDA, DESCIDA, ENCOSTO, PERNEIRA COM CUBA COLETOIRA, APOIO DE PERNAS, CALCANHEIRAS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de gesso e redução de fraturas</b>			



Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	596,00	596,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO ASSENTO REGULAGEM DE ALTURA	AÇO INOXIDÁVEL GIRATÓRIO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	988,00	988,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de inalação</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Central de Nebulização	2	2.187,00	4.374,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS	COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	3	210,00	630,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	COMPRESSOR		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	01		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	10	302,00	3.020,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de observação</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	5	864,00	4.320,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS	AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cardioversor	2	29.303,00	58.606,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMANDO NAS PÁS	CARGA E DISPARO		
MEMÓRIA DE ECG	POSSUI		
MARCAPASSO MODULO DEA OXIMETRIA	NÃO POSSUI POSSUI NÃO POSSUI		
IMPRESSORA	POSSUI		
BATERIA	POSSUI		
PÁS INTERNAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio Infantil	2	1.362,00	2.724,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS	FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	6	17.880,00	107.280,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		

**Especificação Técnica**

Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi po ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	6	17.806,00	106.836,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
Parâmetros tipo e tamanho do monitor suporte para monitor:	ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP pré configurado de 10 a 12 pol com suporte		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Refeição	20	530,00	10.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESTRUTURA BASE RODÍZIOS REGULAGEM	AÇO OU FERRO PINTADO MDF OU SIMILAR POSSUI POSSUI		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	2	9.330,00	18.660,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S)	50 A 250 CHOQUES  POSSUI  1 PAR ELETRODO		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	8	281,00	2.248,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO   VÁLVULA DE PEEP   VÁLVULA UNIDIRECIONAL   RESERVATÓRIO	SILICONE   POSSUI   POSSUI   POSSUI		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	5	350,00	1.750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
RESERVATÓRIO   MATERIAL DE CONFECÇÃO   APLICAÇÃO   VÁVULA UNIDIRECIONAL	POSSUI   SILICONE   INFANTIL   POSSUI		

**Especificação Técnica****Ambiente: Sala de parto cirúrgico/curetagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Cirúrgico de Teto	1	78.803,00	78.803,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		


**Especificação Técnica**

Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Cirúrgica Mecânica	1	37.333,00	37.333,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		

**Especificação Técnica**





Base em formato de T construída em chapa de aço, com revestimento em ABS ou material superior, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna com guias com revestimento em aço inoxidável. Chassi do tampo com revestimento em aço inoxidável, dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento, pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais ou cabeceira da mesa ou pneumáticamente. Capacidade de peso de no mínimo 200 Kg. Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços.

<b>Ambiente: Sala de preparo de paciente (consulta de enferm., triagem, biometria)</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Glicosímetro	5	92,00	460,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIO(S)	COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	988,00	988,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG		

**Especificação Técnica**

<b>Ambiente: Sala de registro e recepção para acolhimento da parturiente e seu acompanhante</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	2	883,00	1.766,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PRESSÃO COLUNA SIMPLES		

**Especificação Técnica**

<b>Ambiente: Sala de reidratação</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Simples	2	4.093,00	8.186,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO GRADES LATERAIS	AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO  POSSUI		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	20	1.485,00	29.700,00
Característica Física	Especificação		
MAT. DE CONFECÇÃO ASSENTO E ENCOSTO CAPACIDADE RECLINAÇÃO	AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO COURVIN ATÉ 120 KG ACIONAMENTO MANUAL		

**Especificação Técnica**

<b>Ambiente: Sala de serviço social</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	2	2.393,00	4.786,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 260 A 299 L		


**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	2	2.620,00	5.240,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		


**Especificação Técnica**

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático, resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;


Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	2	4.981,00	9.962,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		



Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	2	370,00	740,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS	MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	2.301,00	2.301,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA	AÇO  DE 3 A 5 GAVETAS TRILHO TELESCÓPICO		
Especificação Técnica			
<b>Ambiente: Sala de suturas / curativos</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	2	570,00	1.140,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	LED		
HASTE	FLEXÍVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	6	427,00	2.562,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	2	1.095,00	2.190,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS	AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Braçadeira para Injeção	2	339,00	678,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO)	AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	4	1.970,00	7.880,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE CICLO	9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Mayo	6	531,00	3.186,00



<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO INOXIDÁVEL	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal	10	356,00	3.560,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE		AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de triagem médica e/ou de enfermagem</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica Infantil	1	1.101,00	1.101,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE		DIGITAL  ATÉ 16 KG	
DIMENSÕES DA CONCHA		MÍNIMO 540 X 290 (MM)	
TARA		POSSUI	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	2	3.215,00	6.430,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO		COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Negatoscópio	3	911,00	2.733,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
TIPO		02 CORPOS	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala grande de cirurgia ( ortopedia, neurologia, cardiologia, etc )</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Manta Térmica Elétrica	3	693,00	2.079,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESPECIFICAR		SIM	
<b>Especificação Técnica</b>			
Controle digital microprocessado com três níveis de temperaturas: Com sensores de temperatura no interior da manta e sistema de proteção contra falhas. Timer para desligamento automático após 1 hora de uso contínuo. Fonte de alimentação: bivolt automático. Tamanho aproximado: 0,66x1,48m.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)	2	31.925,00	63.850,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESPECIFICAR		SIM	
<b>Especificação Técnica</b>			
Gerador com potência mínima de 300W, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência. Modos de operação no mínimo: Bipolar, Monopolar. Especificação mínima do gerador: Corte puro (300W), Blend (130W), Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
<b>Ambiente: Sala para equipamento de geração de energia elétrica alternativa</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Grupo Gerador (acima de 300 KVA)	1	224.828,00	224.828,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESPECIFICAR		SIM	
<b>Especificação Técnica</b>			
Grupo Gerador Estacionário à Diesel na potência mínima de 326 / 360 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By). Possui disjuntor tripolar de proteção mecânica, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases. Possui painel digital e quadro de transferência automática. Possui sistema de partida elétrica a 24 Vcc e com regulador automático de tensão (AVR) Possui alternador com fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v e com aceso ao neutro Possui motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), no mínimo 5 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade. Possui tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Possui isolamento acústico com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A) Deve acompanhar: sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.			



<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
	296	1.084.622,00

<b>QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS</b>	
<b>QTD. TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
296	1.084.622,00

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>BANCO</b>
001	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>AGÊNCIA</b>	<b>NOME</b>
040975	ULIANOPOLIS
<b>ENDEREÇO</b>	
R. SETE DE SETEMBRO, S/N, LOTES 15 E 17 CENTRO CEP: 68.632-000	

<b>DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA</b>
Outros documentos para a Proposta - LAUDO DE OBSOLESCÊNCIA INFORMATICA.pdf Outros documentos para a Proposta - RELATÓRIO DE OBSOLESCÊNCIA HMU-2022.pdf